



SELECT BLUE (210*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • puderfrei • blau • einmal chloriniert •

Chemikalienschutz EN 374 •

Schutz vor Viren, Pilze und Bakterien • lebensmittelecht

Spezifikationen:

Material: Hochwertiges

Naturlatex

Puder: Ungepudert Manschette: Umbördelt Design: Beidhändig Oberfläche: Mikrorau

Farbe: blau

Qualitätssicherung: EN 374 CAT III - Typ C, EN 420; EN 455 Teil 1-4; EN ISO 13485:2016

Artikelnummer und Größe:

2102 | Small 2103 | Medium 2104 | Large 2105 | Extra Large

Verpackung:

100 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:















Prüfparameter

| Prüfkriterien | Prüfstufe | AQL |
|------------------------------|-----------|-----|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf Fehler | G-1 | 2,5 |

Ĉ Maße

| ArtNr. | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 |
|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Größe | S = 6-7 | M = 7-8 | L = 8-9 | XL = 9-10 |
| Breite | $85 \pm 5 \text{mm}$ | $95 \pm 5 \mathrm{mm}$ | $105 \pm 5 \mathrm{mm}$ | 120 mm ± 10 mm |
| Länge | ≥ 240 mm | ≥240 mm | ≥ 240 mm | ≥ 240 mm |

(Materialstärke

| Meßpunkte | Eine Lage (mm) |
|--|----------------|
| Manschette (im Abstand von 40 mm zum umbördelten Rand) | 0,11 ± 0,03 |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0,14 ± 0,03 |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0,15 ± 0,03 |

Physikalische Eigenschaften

| Parameter | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Zugfestigkeit (N) | min. 6.0 | min. 6.0 |

(→ Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie EN ISO 374-1:2016 EN374-4:2013 **Permeationslevel Degradation** % Natriumhydroxid 40% (K) 6 -20.0

ا Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.





- Camp-Spich-Straße 71 D-53842 Troisdorf
- +49 (0) 2241-9323-0 unigloves@unigloves.de

